

Napęd do wózków inwalidzkich – warunki ogólne

(Bolt on Power Pack – Terms and Conditions – Polish)

Ośrodek Mobilności i Rehabilitacji w Szkocji Zachodniej
(West of Scotland Mobility and Rehabilitation Centre – WestMARC)
Szpital Uniwersytecki im. Królowej Elżbiety
(Queen Elizabeth University Hospital)
1345 Govan Road
Glasgow G51 4TF

 0300 790 0129

 nhsggc.org.uk/your-health/health-services/westmarc

Ośrodek WestMARC nie oferuje zestawów do napędu elektrycznego wózków inwalidzkich, nie prowadzi serwisu tych urządzeń ani nie rekomenduje producentów czy dostawców. Przemontowanie napędu z poprzedniego wózka do nowego należy do pacjenta, jego rodziny lub zespołu opieki.

Informacje na temat zestawów napędowych

Zestawy napędowe do wózków obsługiwanych przez asystenta

W skład zestawu napędowego wchodzi niewielki silnik na baterię, skrzynia biegów i dodatkowe koło lub koła. Montowany jest do stelażu wózka, dzięki czemu osiąga się wspomagany zasilaniem wózek inwalidzki popychany przez asystenta. Napęd przejmuje funkcję pchania wózka wraz z jego użytkownikiem. Osoba pchająca wózek nadal zachowuje kontrolę nad wózkiem za pomocą uchwytów.

Zestawy napędowe do wózków obsługiwanych przez użytkownika

Na rynku można znaleźć całą gamę ofert, które pomagają użytkownikom wózków napędzanych ręcznie, na przykład przystawki kołowe, obręcze do napędu ręcznego i przystawki zasilania. Są to często drogie akcesoria, choć stanowią świetny dodatek dla użytkowników, którzy szukają zasilanego wspomagania. Dostępne są również informacje dla pacjentów, którzy korzystają z energooszczędnych wózków inwalidzkich.

Napęd do wózków ręcznych obsługiwanych przez użytkownika przekształca go w wózek elektryczny, kontrolowany za pomocą dżojstika. Są one szczególnie przydatne dla tych użytkowników, którym brak siły w rękach, aby napędzać wózek ręcznie na dłuższy dystans lub po nierównym terenie, lecz nie kwalifikują się do napędu elektrycznego w ramach państwowej służby zdrowia NHS.

Aby nabyć zestaw napędowy, potrzebna jest zgoda WestMARC. Jeśli pacjent planuje wyposażyć swój wózek w zestaw napędowy, powinien zadzwonić do naszego biura pod numer 0300 79 00 129, aby uzyskać pozwolenie. Jeśli pacjent posiada kilka wózków powinien sprecyzować, który z nich ma mieć zamontowany napęd. Jeśli zgoda zostanie wydana, powiadomimy o tym pacjenta.

Pacjent, jego rodzina lub opiekunowie zobowiązani są:

- Nabyć, zainstalować i dbać o konserwację zestawu napędowego
- Upewnić się, iż nabyty zestaw jest zgodny z wymogami wózka wydanego przez WestMARC. Należy mieć pewność, że łączna waga wózka i jego użytkownika nie przekracza dopuszczalnego pułapu bezpiecznej eksploatacji (maksymalnej wagi użytkownika) zestawu napędowego.
- Pokrywać koszty naprawy uszkodzeń w wózku WestMARC spowodowanych zainstalowaniem zestawu napędowego.
- Przemontować napęd z obecnego wózka na nowy i powiadomić WestMARC, że obecny wózek jest do odbioru.

Pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać ustawienia wózka ani siedzenia bez zezwolenia zespołu technicznego WestMARC. Jeśli producent zestawu napędowego uzna, iż wózek wymaga modyfikacji w celu zainstalowania w nim napędu, należy skontaktować się z WestMARC, aby sprawę omówić.

Dostawcy i producenci zestawów napędowych

Poniżej podajemy listę producentów zestawów napędowych, których wyroby są zgodne z wózkami inwalidzkimi powszechnie używanymi przez klientów WestMARC.

TGA

 <https://www.tgamobility.co.uk/range/powerpacks>

 **0800 107 5349**

Alber Mobility

 <https://www.alber.de/en/products/push-and-brake-aids/>

 **01656 776 200**

Sunrise Medical (zwracamy uwagę, że w sprzęcie firmy Sunrise Medical można zainstalować jedynie napęd firmy Sunrise Medical)

 <https://www.sunrisemedical.co.uk/e-mobility/e-mpulse/wheelchair-power-assist>

 **0845 605 6688**

Punkty sprzedaży zestawów napędowych można znaleźć w internecie. Zalecamy przeprowadzenie próbnej eksploatacji przed nabyciem zestawu, aby upewnić się, że spełnia on wszystkie oczekiwane wymagania.

Przed zainstalowaniem napędu konieczne należy się upewnić, że wybrany produkt jest zgodny z modelem używanego wózka. W razie wątpliwości co do posiadanego modelu, prosimy skontaktować się z naszym zespołem, który udzieli wymaganych informacji.

Model wózka inwalidzkiego	Producent
Access	Remploy
Dash Lite	
Dash 4 Life	
Action 2NG	Invacare
Action 3NG	
Action 4 Tall/HD	
Rea Azalea/Dahlia (nie max)	
Topaz	
Action 3 Junior	
Zippie TS	Sunrise Medical
Quickie Iris	
Shadow Wheelbase*	Radcliffe
Discovery	Ottobock – patrz niżej

*Jeśli do podwozia tego wózka ma być zamontowany zestaw napędowy TGA, personel techniczny WestMARC będzie musiał zamontować do niego dodatkową część.

Rozstaw osi wózka Discovery firmy Ottobock

Firma Ottobock Healthcare Plc nie zgłasza zastrzeżeń do zamontowania zestawu napędowego do podwozia z rozstawem osi Discovery. Ottobock uzna roszczenia gwarancyjne dotyczące uszkodzenia stelażu powstałego w toku normalnej eksploatacji, o ile spełnione będą następujące warunki:

- Stelaż nie został w żaden sposób zmodyfikowany w celu zamontowania zestawu, np. nie został nagięty ani nie wywiercono w nim żadnych otworów.
- Instrukcje dotyczące instalacji zestawu napędowego dołączone do opakowania były przestrzegane.
- Łączna waga pacjenta, siedzenia i zestawu napędowego nie przekracza limitu wagi rozstawu osi (110kg).

Odwróć

Uwagi dodatkowe:

- Należy wziąć pod uwagę, iż zainstalowanie systemu napędowego do stelażu może ingerować w działanie i zakres funkcji odchylania.
- Firma TGA zaprojektowała specjalny wspornik montażowy, który zamocowuje ich zestaw do ramy poprzecznej stelaża Discovery w taki sposób, że system napędowy znajduje się pod siedziskiem.
- Uszkodzenie siedziska lub jego części składowych nie będzie objęte gwarancją, jeśli przyczyną uszkodzenia jest system napędowy.

Notatki

